

宣汉县第二人民医院 医用血液冷藏箱参数

1. 有效容积 $\geq 200\text{L}$;
2. 箱内温度恒定控制在 $2-8^{\circ}\text{C}$ 范围内, 控温精度 0.1°C ;
3. 箱内层数 ≥ 4 层;
4. 具有多重故障报警功能, 能够实现高低温报警传感器故障报警, 湿度异常报警等功能报警时有声光提示, 可及时提醒异常情况;
5. 产品完全符合 GSP 认证标准;
6. 压缩机风机配有减震棉, 环保制冷剂, 运行噪音低;
7. 专业风冷风道, 箱内温度均匀性 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 箱内无结霜;
8. 除湿功能蒸发器是沁水铝的, 管道采用铜管, 不易生锈;
9. 蒸发器配置加热丝;
10. 箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡, 具有重量轻、保温性能好等特点;
11. 整机质保 ≥ 3 年, 整机使用年限 ≥ 10 年。