

附件：

宣汉县第二人民医院 脉动真空灭菌器初次市场调查参数

1. 灭菌锅容积： $\geq 1.2m^3$
2. 配套设施：蒸发器一套（水容积 $\leq 50L$ 、功率60KW-100KW、蒸发量 $\geq 60kg\backslash h$ ）、原装配套压力表两套、原装配套安全阀两套、空气压缩机一台
3. 质保期： ≥ 3 年
4. 使用年限： ≥ 10 年